시 험 성 적 서

한국원자력연구원 34057 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 111 (Tel: 042-868-2880, Fax: 042-863-1289)	성적서 번호 : CT-RM-19-0054 페이지 (1)/(총1)	KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT047

1. 의 뢰 자

○ 기 관 명 : 한라시멘트

○ 주 소 : (25645) 강원 강릉시 옥계면 산계길 225(산계리) 한라시멘트 품질관리팀

2. 시험대상품목/물질/시료설명

○ 항만 OPC

3. 시험기간

○ 2019년 2월 27일 ~ 2019년 2월 28일

4. 시험방법

○ IEC 61452:1995

5. 시험결과

방사능핵종	방사능농도 (Bq/kg)	측정불확도 (Bq/kg) (신뢰수준 약 95%, k = 2)
^{134}Cs	< 0.24	-
^{137}Cs	< 0.37	-
^{131}I	< 0.27	-

1) < 표시는 최소검출한계치 (MDA value)이하를 나타냄.

끝.

확 인	작성자 성 명 : 김 창 종 (서명)	기술책임자 성 명 : 최 근 식 (서명)

2019. 2. 28.

한국인정기구 인정 **한국원자력연구원장** (인)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

(주1) 연구원의 서면승인 없이 성적서의 일부를 복사하여 사용하는 것을 금지함.
(주2) 이 성적서는 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임.
(주3) 이 성적서의 진위 확인이 필요한 경우, 기술책임자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.

KOLAS-22-1A

KAERI